

Convenio Marco 17/23- Adquisición de material médico quirúrgico- Insumos para block quirúrgico: Laparoscopia

Aclaración N° 9

Consulta referida a ítem 62:

Se solicita de Ítem 62 (TIJERA METZENBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA) se acepte una longitud de 31 a 36 cm

Respuesta:

Se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítems 67, 70, 73, 75, 94 y 95:

Se solicita que en los Ítem 67, 70, 73, 75, 94 y 95 se acepten una longitud de 31 a 36 cm y diámetro de 5 a 10mm, junto a la opción Descartable y estéril.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

Descartable y estéril: se acepta.

En relación al diámetro solicitado, el ítem 70 se acepta 5 a 10 mm.

La longitud y la característica de descartable y estéril del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 103:

Se solicita del Ítem 103 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA) - Con Cuchilla - Diámetro 10 MM - Longitud 20 CM – punta recta -roma) Solicitamos se acepte un margen de longitud de +/- 3cm de longitud

de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: Se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 105:

Se solicita del Ítem 105 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 37 CM - Nariz de Delfín) Solicitamos se acepte un margen de longitud de +/- 2cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 106:

Se solicita del Ítem 106 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 20 CM - Nariz de Delfín) se acepte un margen de 20 a 26cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 107:

Se solicita del Ítem 107 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 37 CM – Recto-roma) Solicitamos se acepte un margen de longitud de +/- 2cm de longitud de vástago y punta curvaroma para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

Punta Curva – Roma: se acepta.

La longitud y el tipo de punta del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 108:

Se solicita del Ítem 108 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 20 CM – Maryland) solicitamos se acepte un rango de longitud de vástago de entre 20 y 26 cm para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 109:

Se solicita del Ítem 109 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 37 CM – Maryland) se acepte un margen de +/- 2 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 110:

Se solicita del Ítem 110 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 44 CM – Maryland) se acepte un margen de +/- 4 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 111:

Se solicita del Ítem 111 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 44 CM – curva) se acepte un margen de +/- 4 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 112:

Se solicita del Ítem 112 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 34 CM – curva

bilateral) se acepte un margen de +/- 5 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 113:

Se solicita del Ítem 113 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 37 CM - Curva Bilateral) se acepte un margen de +/- 2 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 114:

Se solicita del Ítem 114 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 37 CM – sin restricciones) se acepte un margen de +/- 4 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 115:

Se solicita del Ítem 115 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA – Autoclavable – En tres piezas - Longitud 31 CM – sin restricciones) se acepte un margen entre 25 y 40 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 116:

Se solicita del Ítem 116 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - En 3 piezas - Longitud 37 CM – Autoclavable) se acepte un margen de +/- 2cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: Se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 117:

Se solicita del Ítem 117 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - En 3 piezas - Longitud 44 CM – Autoclavable) se acepte un margen de +/- 4 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 118:

Se solicita del Ítem 118 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA – Descartable - Longitud 31 CM – punta caliz) se acepte un margen entre 25 y 40 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: Se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 119:

Se solicita del Ítem 119 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Descartable - Longitud 37 CM – punta caliz) se acepte un margen de +/- 2cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 120:

Se solicita del Ítem 120 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Descartable - Longitud 44 CM – punta caliz) se acepte un margen de +/- 5 cm de longitud de vástago para ampliar el acceso de los diferentes modelos de pinzas del mercado.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítems 107, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119 y 120:

Se solicita ampliar la tecnología radiofrecuencia y ultrasonido a los ítems 107, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119 y 120.

Respuesta:

Se acepta la cotización para ambas, radiofrecuencia y ultrasonido en los ítems indicados.

La tecnología del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 135:

Se solicita del Ítem 135 (RETRACTOR EN ABANICO PARA LAPAROSCOPIA) se acepte una longitud de 31 a 36 cm.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 136:

Se solicita del Ítem 136 (RETRACTOR EN ABANICO PARA LAPAROSCOPIA) se acepte una longitud de 31 a 36 cm y diámetro de 10 a 12mm.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

Diámetro: Se acepta el rango solicitado.

La longitud y el diámetro del ítem ofertado deberán especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 143:

Se solicita del Ítem 143 (TROCAR DESCARTABLE PARA LAPAROSCOPIA) se acepte una longitud de 10 a 15 cm.

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 153:

Se solicita del Ítem 153 (TROCAR OPTICO PARA LAPAROSCOPIA) se acepte una longitud de 10 a 15 cm

Respuesta:

Longitud del vástago: se acepta el rango solicitado.

La longitud del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.