

Montevideo, 18 de enero de 2024.

**Adquisición de material médico quirúrgico- Insumos para block quirúrgico: Laparoscopia**

**Aclaración N° 4**

**Consulta referida a 64508 - ASPIRADOR IRRIGADOR TIPO TROMPETA PARA LAPAROSCOPIA (ítems 11 y 12)**

Solicita cotizar de 30 cm y 36 cm porque, argumenta, según la marca es el largo del instrumento.

**Respuesta:**

Se aceptarán ofertas con una tolerancia de hasta el 10% en el atributo “Largo”. El valor correspondiente al producto ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

**Consultas referidas a 17538 BOLSA ESTÉRIL PARA EXTRACCIÓN DE PIEZAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA de 50 ml (ítem 13)**

- 1) Solicita poder ofertar de 53ml, argumentando que la diferencia es mínima.
- 2) Solicita extender rango +/- 10ml.

**Respuesta:**

Para los ítems 13 y 14, se aceptarán ofertas con una tolerancia de hasta el 20% en el atributo “Capacidad”. El valor correspondiente al producto ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

**Consulta referida a 20471 - SEPARADOR HOOK (LAPAROSCOPIA) (ítems 38, 40 y 41)**

Los ítems mencionan forma “cuchara” y consulta si es lo mismo que “espátula”, adjunta la siguiente imagen ilustrativa:




**Respuesta:**

Es aceptado. El valor correspondiente al producto ofertado deberá especificarse en el atributo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.


**Consulta referida a 71643 INSERTO TIJERA CURVA METZENBAUM (ítem 57)**

El ítem solicitado corresponde a 36 cm de longitud ángulo 90° y longitud de mandíbula 5 mm, consulta si esa descripción es correcta, argumentando que la longitud de la mandíbula es muy pequeña y adjunta la siguiente imagen ilustrativa:

34210 MS	34251 MS	34221 MS	34249 MS	34261 MS	34231 MS	34247 MS
34310 MS	34351 MS	34321 MS	34349 MS	34361 MS	34331 MS	34347 MS
34410 MS	34451 MS	34421 MS	34449 MS	34461 MS	34431 MS	34447 MS

 Tijeras **CLICK'liné** de METZENBAUM, curvadas

34210 MA	34251 MA	34221 MA	34249 MA	34261 MA	34231 MA	34247 MA
34310 MA	34351 MA	34321 MA	34349 MA	34361 MA	34331 MA	34347 MA
34410 MA	34451 MA	34421 MA	34449 MA	34461 MA	34431 MA	34447 MA

 Tijeras **CLICK'liné**, mandíbulas dentadas, curvadas en forma de cuchara

**Respuesta:**

El ítem 57 se debe cotizar de acuerdo a lo solicitado.

**Consulta referida a 21101 - TIJERA METZENBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA (ítem 62 y 65)**

- 1) El ítem corresponde a 36 cm de largo, solicita considerar un rango +/- 1cm.
- 2) El ítem corresponde a 43 cm de largo, solicita considerar un rango de +/- 2cm.

**Respuesta:**

Para los ítems del 62 al 65, se aceptarán ofertas con una tolerancia de hasta el 10% en el atributo "Largo". El valor correspondiente al producto ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.



**Consulta referida a 25230 - TROCAR DESCARTABLE PARA LAPAROSCOPIA (Ítem 140 y 142)**

- 1) Solicitan extender medidas +/- 1cm para ítem 140 en diámetro y longitud, argumentando que han estado adjudicados en Lic. 25/2016 (ítem 1016) y son consumidos por Hospitales Maciel, Pasteur, Clínicas y Español entre otros, y sus medidas son de 11mm x 10cm.
- 2) Solicitan extender medidas +/- 1cm para ítem 142 en diámetro y longitud, argumentando que han estado adjudicados en Lic. 25/2016 (ítem 1015) y son consumidos por Hospitales Maciel, Pasteur, Clínicas y Español entre otros, y sus medidas son de 5mm x 10cm

**Respuesta:**

Para los ítems del 140 al 144, se aceptarán ofertas con una tolerancia de hasta el 10% en los atributos "Diámetro" y "Longitud". El valor correspondiente al producto ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.