



Montevideo, 18 de enero de 2024.

Adquisición de material médico quirúrgico- Insumos para block quirúrgico: Laparoscopia

Aclaración N° 5

Consulta referida a envase secundario

Indica que algunas de las exigencias del pliego son superiores a las solicitadas por el Ministerio de Salud Pública al momento de registrar ciertos productos médicos.

Proporciona como ejemplo el rotulado del envase primario, y manifiesta que el pliego solicita que cierta información se encuentre únicamente en el envase secundario. Consulta si es correcta esta exigencia superior o se trata de un error.

Respuesta:

La información solicitada en el rotulado de envases está regida por la “Parte II- Especificaciones Técnicas”, del Pliego de Condiciones y refieren al rotulado del envase primario. No existe exigencia alguna sobre información que deba encontrarse únicamente en el envase secundario.

Consulta referida a Parte II Especificaciones Técnicas, punto 1.2.3 Esterilización por óxido de etileno.

Se solicita aclarar si aceptan distintos métodos de esterilización, ya aceptados por el Ministerio de Salud Pública al momento de registrar los productos.

Respuesta:

Las especificaciones referentes a esterilidad están detalladas en el punto 1.2-Esterilidad, del pliego de condiciones.



En el punto 1.2.2. Rotulado, se indica que debe detallarse el método utilizado para la esterilización, la fecha de esterilización y la de vencimiento.

El punto 1.2.3. aplica en aquellos casos en que el producto sea esterilizado con óxido de etileno.

Consulta sobre Ítem Nº 13 - BOLSA ESTERIL PARA EXTRACCION DE PIEZAS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA – Medida 50ml

Se solicita aclarar si la medida es correcta, ya que la medida más pequeña normalmente solicitada es de 200ml.

Respuesta:

Es correcta la presentación solicitada. Se sugiere considerar aclaraciones anteriores sobre tolerancias aceptadas.