



Montevideo, 19 de febrero de 2024.

Convenio Marco 17/23- Adquisición de material médico quirúrgico- Insumos para block quirúrgico: Laparoscopia

Aclaración N° 7

Consulta referida a ítems 27 y 28.

Se solicita de los ítems 27 y 28 (64996 CESTILLA LITOTRIPTORA PARA CAL CULOS DE VIAS) se acepten cestillas de 190 cm de Longitud y de 20 y 22 mm de diámetro, las cuales son diseñadas especialmente por un fabricante líder mundial en la fabricación de equipos e insumos para tratamiento de Vía Billiar

Respuesta: Se aceptan cestillas de entre 145 cm y 190 cm de longitud. Se aceptan diámetros entre 20 y 22 mm.

La longitud y diámetro del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 103

Se solicita del Ítem 103 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA) se acepten pinzas cuyo diámetro este en el rango de entre 10 y 13 mm y con punta curva Roma.

Respuesta: Se acepta el rango y punta solicitados.

El diámetro del ítem ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 105

Se solicita del Ítem 105 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 37 CM - Nariz de Delfín) se acepte un margen de +-1cm de longitud de Vástago

Se solicita aclarar si se debe cotizar tecnología Bipolar o Ultrasónica.



Respuesta: Longitud del vástago: se acepta el margen solicitado. Se aceptan ambas ultrasónica y bipolar, ya que son para diferentes usos.

La longitud y la tecnología del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 106

Se solicita del Ítem 106 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 20 CM - Nariz de Delfín) se acepte un rango de longitud de vástago de entre 20 y 25 cm. Se solicita aclarar si se debe cotizar tecnología Bipolar o Ultrasónica.

Respuesta: Longitud del vástago: se acepta el margen solicitado. Se aceptan ambas ultrasónica y bipolar, ya que son para diferentes usos.

La longitud y la tecnología del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 108

Se solicita del Ítem 108 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 20 CM – Maryland) se acepte un rango de longitud de vástago de entre 20 y 25 cm. Se solicita aclarar si se debe cotizar tecnología Bipolar o Ultrasónica.

Respuesta: Longitud del vástago: se acepta el margen solicitado. Se aceptan ambas ultrasónica y bipolar, ya que son para diferentes usos.

La longitud y la tecnología del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.



Consulta referida a ítem 109

Se solicita del Ítem 109 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 37 CM – Maryland) se acepte un margen de +-1cm de longitud de Vástago.

Se solicita aclarar si se debe cotizar tecnología Bipolar o Ultrasónica.

Respuesta: Longitud del vástago: se acepta el margen solicitado. Se aceptan ambas ultrasónica y bipolar, ya que son para diferentes usos.

La longitud y la tecnología del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 113

Se solicita del Ítem 113 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - Con Cuchilla - Diámetro 5 MM - Longitud 37 CM - Curva Bilateral) se acepte un margen de +-1cm de longitud de Vástago. Se solicita aclarar si se debe cotizar tecnología Bipolar o Ultrasónica.

Respuesta: Longitud del vástago: se acepta el margen solicitado. Se aceptan ambas ultrasónica y bipolar, ya que son para diferentes usos.

La longitud y la tecnología del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.



Consulta referida a ítem 116

Se solicita del Ítem 116 (PINZA SELLADORA/DIVISORA DE VASOS PARA LAPAROSCOPIA - En 3 piezas - Longitud 37 CM – Autoclavable) se acepte un margen de +-1cm de longitud de Vástago.

Respuesta: Longitud del vástago: se acepta el margen solicitado. Se aceptan ambas ultrasónica y bipolar, ya que son para diferentes usos.

La longitud y la tecnología del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítem 121

Se solicita del Ítem 121 (PINZA GRASPER) se acepten pinzas Grasper que no cuenten con la función de aspiración integrada, siendo que son las que más se utilizan normalmente.

Respuesta: No se requiere aspiración en una pinza grasper (son de agarre), por lo que se acepta la sugerencia de pinzas grasper sin función de aspiración integrada.

En caso de no contar con la función de aspiración integrada el ítem ofertado deberá especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta referida a ítems 137, 138 y 139

Se solicita de los Ítems 137, 138 y 139 se acepte unidad de medida en milímetros. Por las características expresadas, pensamos que puede estar mal especificada la unidad de medida.

Respuesta: Las medidas corresponde colocarlas en mm, siendo un error los cm. Los stent biliares tienen una medida en mm, y está mal expresada en cm.

Las medidas en mm del ítem ofertado deberán especificarse en el campo “Resumen” a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

La presente aclaración forma parte integrante del Pliego de Condiciones Particulares.