



Montevideo, 06 de febrero de 2024.

Convenio Marco 08/2023 – Adquisición de material médico quirúrgico: Ostomías

Aclaración N° 5

Consulta 1:

En anillos de barrera no conocemos que exista la posibilidad que sea flotante, eso es una característica de los Aros y no de los anillos.

Respuesta 1:

En caso de que la alternativa sea “flotante” “no”, se deberán cotizar los ítems 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37 y 38, según corresponda la medida y demás atributos.

Consulta 2:

Los aros planos siempre son recortables, Esta característica permite cubrir un amplio margen de medidas, más allá de la que trae el aro. Siendo así, podemos cotizar aros planos recortables que cubran la medida o el rango de medidas solicitadas? Pueden ser tomados en cuenta?

Respuesta 2:

Para los ítems 77 a 84 el proveedor podrá cotizar las medidas que cubran la medida solicitada, debiendo aclarar en “resumen” que es un aro recortable.

Consulta 3:

En el ítem N° 94, los atributos son contradictorios, ya que piden Cerrada: Si, Colector autoadhesivo: Si. Siendo cerrada, no tendría el “colector autoadhesivo”

Respuesta 3:

En este caso se deberá aclarar en “resumen” que no contiene Colector autoadhesivo.



Consulta 4:

Para el caso de la unidad que figura en cada ítem, entendemos que si la unidad es “unidad”, se debe cotizar el precio unitario, pero si en el ítem la unidad es “caja” se debe cotizar el precio por la caja. Ej. Si un ítem marca como unidad, una caja x5 unidades, de debe presentar el precio de la caja x5 unidades.

Respuesta 4:

Según lo establecido en el numeral 19 “Cotizaciones y precios” del Pliego de Condiciones Particulares, “Cuando se indica el parámetro Unidad, en este Llamado, se está haciendo referencia a la medida de presentación solicitada. En caso que se admita un rango, el oferente deberá indicar el valor puntual dentro del rango que está cotizando”, siendo la medida de presentación la definida con el envase primario; en caso de no determinar presentación de envase primario se considerara la unidad del ítem como se muestra en la siguiente imagen.

Nro. Item	Cód. Artículo	Artículo	Unidad	Atributo	Requerido	Condición	Valor	Unidad de Medida
1	100521	ANILLO BARRERA PARA OSTOMIA	UNIDAD	Diametro	Si	Igual	32	MM
				Envase Primario	Si	Igual	SOBRE	-----
				Envase Secundario	Si	Igual	CAJA	-----
				Flotante	Si	Igual	No	---
				Forma	Si	Igual	plana	-----
				Libre De Latex	Si	Igual	Si	---
				Marca	Si	Sin restricción	Sin restricciones	-----
				Material	Si	Igual	hidrocoloide	-----
				N° Registro Msp	Si	Sin restricción	Sin restricciones	----
				Origen	Si	Sin restricción	Sin restricciones	-----
				Presentacion (envase Primario)	Si	Igual	1	UNIDAD
				Presentacion (envase Secundario)	Si	Igual	5	UNIDAD(ES)
Resumen	Si	Sin restricción	Sin restricciones	-----				