



Montevideo, 30 de enero de 2024.

**CONVENIO MARCO N° 18/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO - INSUMOS PARA BLOCK QUIRÚRGICO: ANESTESIA.**

Aclaración N° 8

Consulta 1:

Referente a 18805 - FILTRO HUMIDIFICADOR (ítems 10 y 11) ¿Se puede cotizar filtro bacteriano en el campo variante que no sea humidificador, pero que cumpla con la eficacia de filtrado de 99,99%?

Respuesta:

El ítem corresponde a:

“Intercambiador de calor y humedad con filtro B/V electrostático integrado, utilizado para filtrar microorganismos y proporcionar humidificación pasiva en anestesia y cuidados críticos.

- Ítem 10 – Para corrugado de 22mm
- Ítem 11 – Para corrugado de 15mm “

Debe cotizarse de acuerdo a lo solicitado.

Consulta 2:

Referente a 19164 - CIRCUITO COMPLETO DE VENTILACION JACKSON REES (ítems 12 a 17), Se pide que incluya 2 filtros, ¿Se pueden sustituir estos por un solo filtro HME?

Y argumenta que este filtro permite una configuración más simple para el armado, además reduce el espacio muerto y el peso en el circuito.

Respuesta:

Para la evaluación de las ofertas se aplicarán las especificaciones técnicas que aparecen en el pliego de condiciones.

Debe cotizarse de acuerdo a lo solicitado.