



Montevideo, 4 de marzo de 2024.

**CONVENIO MARCO N° 18/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO - INSUMOS PARA BLOCK QUIRÚRGICO: ANESTESIA.**

Aclaración N° 11

Consulta ítems 10 y 11 FILTRO HUMIDIFICADOR:

1. Conexión paciente angulada M/M 15mm/22mm.

Solicita que se acepten filtros no angulados, con conexión paciente 22M/15F, argumentando que son los filtros más usados en el país.

2. Volumen tidal 120-750 mL.

Solicita se aclare si el valor de 120-750 ml solo aplica al ítem 11 (para filtros pediátricos), argumentando que a un adulto, el mínimo volumen tidal administrado es mayor a 300 ml.

Respuesta:

1. De acuerdo a la necesidad de abastecimiento del ítem con las especificaciones definidas, debe cotizarse de acuerdo a lo solicitado.
2. El rango adulto se encuentra comprendido, debe cotizarse de acuerdo a lo solicitado. La característica correspondiente al producto ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta ítems 12 al 17 CIRCUITO COMPLETO DE VENTILACION JACKSON REES e ítems 270 a 275 CIRCUITO DE ANESTESIA DE 2 RAMAS:

Indica que se piden circuitos que incluyan 2 filtros, refiriéndonos al pliego, desea saber si el tipo de filtros hace mención a filtros bacterianos.

Respuestas:

Es correcto realizar cotización con filtros bacterianos

Consulta ítems 149 y 150 LARINGOSCOPIO C/FIBRA OPTICA COMPLETO (PALAS CURVAS):

Solicita se admita cotizar Videolaringoscopio con palas curvas descartables según medidas solicitadas.

Respuestas:

Se solicita cotizar de acuerdo a las especificaciones del pliego, no siendo aceptado el insumo propuesto.



Consulta ítems 183 a 185 GUIA PARA INTUBACION (adulto, pediátrico y neonatal):

Solicita de ser posible conocer el FR correspondiente a cada tamaño.

Respuestas:

Cada empresa detallará los FR que cotiza. La característica correspondiente al producto ofertado deberá especificarse en el campo "Resumen" a fin de que sea visible en la Tienda Virtual.

Consulta sobre Jeringa y Prolongadores para Bomba:

Aclara que los consumibles de Jeringa y Prolongadores para Bomba son equipos dependientes, cada marca debe proporcionar su bomba para ser utilizada con su insumo (Kit Jeringa + Prolongador)

Respuesta:

Se deben cotizar únicamente los insumos definidos. Ver aclaración N° 9

Consulta sobre tems N° 54, N° 55, N° 56, N° 143, N° 144, N° 145, N° 146, N° 147, N° 148, N° 149, N° 150 y N° 151:

Al dar de alta ofertas, dentro de los campos a completar con distintos valores o características se encuentra el campo Número. Favor indicar a que número se hace referencia

Respuestas:

Se debe indicar el número correspondiente a la pala ofertada.