



Montevideo, 5 de marzo de 2024.

**CONVENIO MARCO N° 18/2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO - INSUMOS PARA BLOCK QUIRÚRGICO: ANESTESIA.**

Aclaración N° 14

Consulta respecto a los ítems:

- 1- 28 al 41 - Kit Anestesia Regional Combinada Adulto
- 2- 42 al 53 - Kit Anestesia Epidural Completo
- 3- 218 al 221 - Kit Anestesia Regional Combinada pediátrico

Se solicita especificar si las jeringas, prolongadores que conforman el Kit de Anestesia con que bombas serán utilizadas en cada institución.

Respuesta:

Cuando existan restricciones en relación a la bomba a utilizar, la información técnica y las fotos a publicar en la tienda virtual deberán incluir claramente visibles las marcas y modelos de bomba para las cuales es compatible el producto ofertado.