

Las Piedras, viernes 26 de abril de 2024

En referencia a la Licitación Pública 1/2024 **SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS (CON EQUIPOS EN PRESTAMOS)** se eleva Consulta textual realizada por Oferente y respuesta:


Pregunta 1:

" Con respecto a lo referido en el ANEXO IV capítulo INSUMOS PARA HEMOGRAMAS , es correcto suponer que de procesar el laboratorio 120 hemogramas al día es aceptable una velocidad de 60 muestras por hora? . "

Respuesta 1:

Se transcribe respuesta de Personal responsable del Servicio de Laboratorio: "No es excluyente una velocidad de 60 muestras por hora."

Carmen Gómez
Encargada de Licitaciones y Compras
Hospital de Las Piedras


Encargada de Licitaciones y Compras
Hospital de Las Piedras