

Zimbra Collaboration Suite

compras.rocha@asse.com.uy

LICITACIÓN ABREVIADA N° 07/2017 -
APERTURA 23/08/2017

18/8/2017
10:57:02

De: richard.samuelle@sucesoresfojgiel.com
Para: compras.rocha@asse.com.uy

Sección Compras,

En relación a la licitación de referencia, la empresa Sucesores de Saúl Fojgiel Ltda. estando interesada en participar de la misma la empresa y encontrándonos dentro de los plazos establecidos en el pliego, realizamos las siguientes consultas:

- Punto 2 - Entregas:
 - o a) las entregas se realizarán dentro de las 48 horas luego de extendida la orden de compra.
 - o Consulta: El plazo de 48 horas indicado, es el único aceptado por el Hospital de Rocha. El mismo puede ser mayor y/o estar sujeto al stock de mercadería existente en la empresa al momento de recibir la orden de compra??
- Ítem N° 9 - Esfingomanómetro - Tipo aneroide.
 - o Consulta: Favor aclarar de que formato de esfingomanómetro aneroide es el que se adecua a vuestras necesidades:
 - § Equipo con pedestal rodante.
 - § Equipo para amurar a la pared.
 - § Equipo de mano.
- Ítem N° 37 - Otoscopio - Portátil común.
 - o Consulta: Favor aclarar que tipo de luz se adecua a vuestras necesidades.
- Ítem N° 60 - Manguito para presión arterial neonatal.
 - o Consulta: Favor aclarar si se trata de brazalete para aparato de presión, tamaño neonatal COMPLETO y para que marca y tipo de aparatos de presión se trata (un tubo o dos tubos).
- Ítem N° 61 - Manguito para presión arterial pediátrico.
 - o Consulta: Favor aclarar si se trata de brazalete para aparato de presión, tamaño pediátrico COMPLETO y para que marca y tipo de aparatos de presión se trata (un tubo o dos tubos).
- Ítem N° 62 - Manguito para presión arterial obeso completo.
 - o Consulta: Favor aclarar para que marca y tipo de aparatos de presión se trata (un tubo o dos tubos).

- Ítem Nº 63 – Clips hemostáticos de titanio
 - o Consulta: Favor aclarar que tamaño de clips es el que se adecua a vuestras necesidades.
- Ítem Nº 71 – Repuesto para esfigomanometro, tipo manguito adulto.
 - o Consulta: Favor aclarar si se trata de brazalete para aparato de presión, tamaño adulto COMPLETO y para que marca y tipo de aparatos de presión se trata (un tubo o dos tubos). O que tipo de repuesto están solicitando.
- Ítem Nº 83 – Sierra Gigli
 - o Consulta: Favor aclarar la medida solicitada.

Quedamos a la espera de las respuestas para poder proceder a cotizar lo más adecuado a vuestras necesidades.

Saludos

Zimbra Collaboration Suite

compras.rocha@asse.com.uy

Re: LICITACIÓN ABREVIADA Nº 07/2017 -
APERTURA 23/08/2017

21/8/2017
11:27:41

De: compras.rocha@asse.com.uy

Para: richard.samuelle@sucesoresfojgiel.com

Archivos adjuntos: image001.jpg (23.9KB)

Punto 2 - Entregas: a) las entregas se realizarán dentro de las 48 horas luego de extendida la orden de compra.

Ítem Nº 9 – Esfingomanometro – Tipo aneroide. Equipo de mano

Ítem Nº 37 – Otoscopio – Portátil común tipo de luz led

Ítem Nº 60 – Manguito para presión arterial neonatal. se trata de brazalete para aparato de presión, tamaño neonatal COMPLETO y tipo de aparatos de presión dos tubos.

Ítem Nº 61 – Manguito para presión arterial pediátrico. se trata de brazalete para aparato de presión, tamaño pediátrico COMPLETO y tipo de aparatos de presión de dos tubos.

Ítem Nº 62 – Manguito para presión arterial obeso completo tipo de aparatos de dos tubos.

- Ítem Nº 63 – Clips hemostáticos de titanio Medium para Clipadora Storz

Ítem Nº 71 – Repuesto para esfingomanometro, tipo manguito adulto. se trata de brazalete para aparato de presión, tamaño adulto COMPLETO y tipo de aparatos de presión se trata de dos tubos.

- Ítem Nº 83 – Sierra Gigli de 60cm

saludos

Robert