



Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay



140 AÑOS EDUCANDO PARA EL TRABAJO

PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERO CONTABLE
DEPARTAMENTO DE COMPRA

Montevideo, 11 de julio de 2018

Ref. Licitación Abreviada Nº 14/18

Señores,

Según consultas recibidas informamos:

PREGUNTA: ITEM 12 -Centrífugas

- a) ¿Se busca centrífuga de velocidad fija (5000 RPM) o que ésta pueda ser variada por el usuario? Si es así ¿en qué gama de velocidades?
- b) Se indica rotor basculante (swing out). ¿Cuál es el diámetro deseado del mismo o la fuerza centrífuga máxima (RCF) que se desea obtener en el fondo de los tubos?
- c) Respecto a los tubos de 15 ml. Indicar medidas aproximadas y tipo de fondo de los mismos (semiesférico/plano/cónico).

RESPUESTA: Velocidad variable, ajustada por operador, 5000 rpm aprox. Para la separación de partículas grandes como células o precipitado de sales insolubles.

Capacidad de los tubos 15 ml. Aprox. Dimensiones 16 x 100 mm. Aprox. Cónicos.

PREGUNTA: ÍTEM 32: TERMÓMETRO

- a) Indicar si son aceptables termómetros con pantalla LCD en vez de LED.
- b) ¿Se trata de instrumentos para medida por inmersión en líquidos o para aire?
- c) Indicar en lo posible el diámetro y largo de la parte a ser eventualmente sumergida.

RESPUESTA: Pueden ser dos tipos de pantalla. Para medida de líquidos. Dimensiones aproximada 25 x 56 x 128 mm.

Atentamente,

PIA

gallo
Graciela Gallo
Enc. Sección Licitaciones
y Adjudicaciones

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO PROFESION
(Universidad del Trabajo del Uruguay)
DEPARTAMENTO DE COMPRAS