



PETICION DE OFERTA - Compra directa de ABA

Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA
Palacio de la Luz
Montevideo

9
UY

Nro de Fax 1
Nro Proveedor 600014

Datos de la Petición / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha
W92550 / 10.09.2019
Persona de contacto/Te.
Lizzet Gonzalez/155 INT.1704
Nuestro nº fax
(598) 2203 4302

Nro de Licitacion
W92550

Objeto de la Compra

ANALIZADOR DE PRESION SONORA, REGISTRO DE MEDICIONES Y ACCESORIOS

Montevideo, 17 de setiembre de 2019.-

CIRCULAR N° 1

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

*** ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

PREGUNTA 1: - La calibración debe ser para debe ser emitido por un laboratorio acreditado ISO17025 con logo (reconocido por ILAC)? O simplemente trazable a patrones internacionales?

RESPUESTA 1: - La calibración basta con que sea trazable a patrones internacionales.

PREGUNTA 2: - El ítem 5, no se aclara especificaciones (o no encuentro). Siendo muy amplia la cantidad de equipos posibles en ese caso. Podrían especificar rango al menos?

RESPUESTA 2: - Las especificaciones del anemómetro son: rango de velocidades de viento entre 0 y 30 m/s aprox. con buena precisión entre 0 y 10 m/s.

Respecto a la temperatura, el rango que requiere UTE se ubica entre -10 y 40 ° C (menos 10 y 40 grados Celsius).

Saludamos atentamente,

ANGEL M. VINO
SUPERVISOR
COMPRAS DIRECTAS
OPTO. COMPRAS DIRECTAS Y URGENTES
GERENCIA S. COMPRAS Y CONTRATOS