



ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

Oficina Técnica Departamental de Lavalloja

Calle Roosevelt 525 – Minas – Tel/Fax. (00598) 4442 2691

### **Compra Directa 10064252**

## **ACLARACIÓN Y PRORROGA**

#### **Consulta realizada por una empresa interesada**

- Sobre el Medidor de Cloro, que tipo de Cloro necesitan medir (Libre o Total) y qué rango.
- Lo mismo para el resto de los reactivos (Hierro, Aluminio, Magnesio y DQO) en qué rango necesitan medir?

#### **Se responde a continuación**

Se debe poder determinar Cl libre al menos en los rangos: 0.2-2.5 mg/L (rango bajo) y 2-8.8 mg/L (rango alto) y Total en el rango 0-5 mg/L

Fe rango: 0.02 - 3 mg/L

Mn rango: 0.006 - 0.7 mg/L

Al rango: 0.08 - 0.8 mg/L

DQO rango: 30 - 1000 mg/L

Se aclara que no es Magnesio (Mg) lo que es necesario medir sino Manganeseo (Mn),

**LA APERTURA DE LA COMPRA DIRECTA SE PRORROGA PARA EL DÍA LUNES 6 DE JULIO A LAS 11.00 AM**