

Montevideo, 14/3/2017

Nota: 12/001/3/486/2017

Se realizan especificaciones

- Test rápidos de diagnóstico de VIH de 3ª o 4ª generación
- Cantidad 5.000 + lancetas + buffer para la cantidad de test solicitada
- Vigencia: mínimo enero 2018
- Con registro vigente en División de Evaluación Sanitaria del MSP
- Sin denuncias ante el MSP por fallas en la técnica y sus resultados (denuncia de falsos negativos, falsos positivos)