

ASSE - HOSPITAL MACIEL
Oficina de Compras
25 de Mayo 174
TELFAX. 2915 30 00 INT. 1106 - 1140
Rrmm.maciel@asse.com.uy

COMPRA DIRECTA
N° 7403

Montevideo, 20 de Marzo de 2019

**SEÑORES DEL DEPARTAMENTO
DE VENTAS:
PRESENTE**

El Hospital Maciel solicita **COTIZACIÓN** de:

ITEM	CONCEPTO	CANT.
1	ARRENDAMIENTO DE 30 MONITORES FISIOLÓGICOS PARA USO (CTI Y PUERTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL) - VER ANEXO 1	30

OBSERVACIONES : (PEDIDO POR INGENIERÍA CLÍNICA INT 2017)

La compra se realizara por Apertura Electrónica, por lo tanto las ofertas deben ser cargadas en la web.

- Se solicitan catálogos de los ítems ofertados.
- Cantidades son sin obligación a compra.

LOS PROVEEDORES DEBERÁN ESTAR INSCRIPTOS EN EL R.U.P.E.

FORMA DE PAGO: CREDITO SIIF
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS

COTIZACION EN MONEDA NACIONAL
PLAZO HASTA 25/03/2019 Hora: 10:00

P/A Alexandra Godel
Oficina de RR.MM.

ANEXO 1

CONDICIONES TECNICAS

Pantalla color TFT/LCD de al menos 10" para presentación de curvas y valores

Presentación de frecuencia respiratoria y cardiaca

Detección de apnea

Medición de la saturación de oxígeno, presentación de curva y valores. Los equipos deben ser compatibles con sistema de medición tecnología NELLCOR.

Presión arterial no invasiva modos manual y automático, Presentación de valores.

Temperatura, dos canales, dos sondas con presentación de valores en pantalla.

Presión arterial invasiva, dos canales para PIC y PAM compatible con sistema de medición tecnología Becton Dickinson.

Electrocardiograma con cinco canales, tres o cinco derivaciones, presentación de las tres curvas bipolares principales y/o unipolares de miembros ampliadas. Selección manual de la o las curvas a presentar en pantalla.

Alarmas configurables por Taquicardia, Bradicardia, Apnea, Baja saturación, Perdida de señal de saturación, Temperatura alta y baja, Alta presión arterial.

Debe ser con conexión a red eléctrica 230V 50Hz sin necesidad de transformador o fuente externa. Baterías internas recargables automáticamente cuando el monitor se encuentre conectado a red, autonomía 4 hs mínimo.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

- 1) Los oferentes deberán acreditar al menos cinco años de presencia en plaza con monitores fisiológicos de la marca ofertada.
- 2) Deberán contar con informes favorables en la utilización de estos monitores. Al menos dos cartas de usuarios donde manifiesten su conformidad.
- 3) Los monitores serán nuevos, no se aceptara el uso de monitores que dispongan de más de un año de uso. En caso de detectarse o comprobarse que algún monitor dispone de más de un año de uso el mismo deberá ser cambiado automáticamente por el contratista.
- 4) Conjuntamente con el monitor el contratista deberá entregar cada vez que se realice un cambio o entrega de un equipo, un juego de cables completo, incluyendo sensores para todas sus funcionalidades.
- 5) Todos los monitores objeto de este contrato deberán ser iguales, de la misma marca y modelo y utilizar el mismo tipo de cables y sensores. En caso de tener que cambiar marca o modelo de un monitor por razones de fuerza mayor, deberán cambiarse todos los que se encuentren en uso.