



Pedido de Suministro Nº _____

Dependencia: Dpto. Ensayos Destino: _____ Entregar en: _____


Unidad	Cantidad	DETALLE	Importe	PROVEEDOR	Orden Nº	Form. Compra
<u>par</u>	<u>2</u>	<u>Discos de neopreno de diámetro $\phi = 105$ mm Según especificaciones adjuntas.</u>		<u>Bromberg</u>		

[Handwritten Signature]
 DIRECC. NACIONAL DE VIALIDAD
 ING. PATRICIA ENRICH
 Jefe Dpto. Ensayos

DIRECC. NACIONAL VIALIDAD
 DPTO. PROVEENIENTES
RECIBIDO
 11 SEP 2020

Fecha: 3/9/2020
 Proveeduría: _____ Fecha: _____
 Autorizado: _____

Firma: _____
 Firma: _____
 No Autorizado: _____

 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Departamento de Ensayos	Tipo:	EC - Especificaciones de compra
	Descripción:	Disco de neopreno de 105 mm de diámetro
	Fecha de creación:	04/08/2020
	Fecha última modificación:	04/08/2020

Descripción	Placas de neopreno (policloropreno), de 105 mm de diámetro para ensayo a compresión de hormigones.
Normas de referencia	<ul style="list-style-type: none"> • ASTM C 1231
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Diámetro 105 mm \pm 2 mm • Altura 13 \pm 2 mm • Estarán hechas de policloropreno (neopreno) que cumplan con los requisitos expuestos en la ASTM D 2000: Dureza shore A 50 \pm 5, 60 \pm 5 ó 70 \pm 5.
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • No aplica

Bibliografía:

- ASTM C1231 Standard Practice for Use of Unbounded Caps in Determination of Compressive Strength of Hardened Concrete Cylinders