



Obras Sanitarias del Estado

Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SOLUCIÓN DE RELLENO ROSS PARA ELECTRODOS ROSS DE pH

ET.RT.86

Versión Vigente

Nº 01

Página 1 de 1

1. Descripción del producto/servicio
La presente especificación establece los requisitos para la solución de relleno ROSS para electrodos ROSS de pH.
2. Características a cumplir - Requisitos
Solución de relleno ROSS, N° catálogo ORION 810007 de 60 mL para electrodos de pH ROSS Ultra, ROSS, PerpHecTROS.
3. Condiciones de entrega
Embalaje adecuado para la protección del producto.
4. Vida útil
Debe presentar un tiempo de vigencia de no menos de 18 meses al ingreso al Laboratorio Central.
5. Información a remitir junto con el producto o servicio
Debe entregarse con el material el certificado de análisis en donde conste: <ul style="list-style-type: none">- N° de lote- Fecha de vencimiento- Fecha de emisión del certificado- Firma responsable
6. Anexos
No aplica.
7. Muestreo
No aplica.
8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo
El no cumplimiento del 100% de los requisitos detallados en la presente especificación genera rechazo del material.
9. Naturaleza de la revisión
No aplica por ser primera versión.

Elaborado por:
Paola Liberati

Revisado por:
Adriana Servetti

2ª Revisión por:
Gianella Bonari

Aprobado por:
Rita Caristo

Fecha: 13/09/2010

Fecha: 14/09/2010

Fecha: 16/09/2010

Fecha: 17/09/2010

O:\Laboratorio - LCUC\Especificaciones\ET.RT.Reactivos\ET.RT.86 Solución de relleno ROSS para electrodo de pH.doc