


Montevideo, 6 de noviembre, 2017

Informe colchonetas para mesa Maquet

En el día de hoy se inspeccionó la muestra enviada por Sufarma, única empresa que se presentó a la licitación de compra de las mismas. Se detectó que no cumple con las características solicitadas, no es adecuada para nuestro servicio y nuestras necesidades por: la baja calidad del revestimiento, tiene cierres y costuras, el colchón no se ve resistente, está confeccionada en un solo módulo y por el tipo de cirugías que se realizan, cuando usamos el accesorio de tracción de la mesa solo usamos los tres módulos superiores de la cabecera hacia abajo.

Por lo antes expuesto, sugiero desestimar esta oferta y volver a publicar.


Lic. Mary Hernández
Jefe del Servicio de Enfermería
de Block Quirúrgico de INOT