

Consulta 1

Les realizo unas consultas sobre el Concurso de Precio 9/2023 del ítem de la Lupa estereoscópica trinocular.

Mis consultas son las siguientes.

1. ¿Qué tipo de muestra van a ver?
2. ¿Precisan que el rango de aumento sea de 300x de forma excluyente?
3. La iluminación LED de potencia de temperatura para luz reflejada y transmitida, ¿se refieren a que tenga doble iluminador?

Repuesta

1. Se trata de muestras de roca, sedimentos y minerales. El rango de tamaño va desde 63 micras a 1cm aproximadamente.
2. Informamos que el valor de 300x es un error de tipeo, donde dice 300x debe decir 40x.
3. Si se refiere a que tenga doble iluminador.