

Adenda 1

CD 00068/2024

Bomba de vacío a diafragma para laboratorio para la Carrera Tecnólogo Químico, ubicado en Instituto Tecnológico Regional Sur Oeste Paysandú.

Punto 1 Especificaciones técnicas, donde dice:

Descripción:

- **Velocidad de succión:** 400 a 60 l/min

Debe decir:

Producto:

- **Velocidad de succión:** 40 a 60 l/min