



Dirección Nacional de Sanidad  
de las Fuerzas Armadas

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.**  
**DIVISIÓN ADQUISICIONES**  
**SECTOR H.C.FF.AA.**

Montevideo,

**24 MAYO 2024**

**COMUNICADO:**

Referente a la **Licitación Abreviada N° 260/24** convocada para la **“ADQUISICIÓN DE VIDEO RINOLARINGOFIBROSCOPIO”** se informa lo que a continuación se detalla:

- La empresa BIOERIX S.A. presentó consultas, siendo las mismas presentadas dentro del plazo estipulado. Se adjuntan consultas y respuestas del Departamento de Electrónica Médica.



**Saluda a Usted atentamente,**

**El Jefe de la División Adquisiciones**

**Coronel (R.)**

**Gustavo H. Cuadro**

**GHC/aj**

# CONSULTA REALIZADA POR LA EMPRESA BIOERIX S.A.

SIEMPRE LAS MEJORES MARCAS  
NUNCA SÓLO ESO

**bioerix**

Montevideo, 21 de mayo de 2024.-

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.  
DIVISION ADQUISICIONES  
Presente. -

## LICITACION ABREVIADA 269/2024

**"ADQUISICION DE VIDEO RINOLARINGOFIBROSCOPIO"**

APERTURA: 04/06/2024 - HORA: 10:00

Por medio de la presente y en virtud de la licitación de referencia, Bioerix SA desea realizar las siguientes consultas al pliego:

- 1- **Con respecto a:** "Con tecnología de chip CMOS"  
**Se solicita:** Que se acepten equipos con tecnología CCD
- 2- **Con respecto a:** "Deberá contar con monitor para endoscopios CMOS, documentación de imágenes y secuencias de video"  
**Se solicita:** Aclarar si lo solicitado es un procesador de imagen con fuente de luz y sistema de imágenes además de un monitor.

Quedamos atentos a una pronta respuesta y a sus órdenes ante cualquier consulta o duda.

Sin otro particular, le saluda atentamente por Bioerix,

Ana Ines Gilpe

BIOERIX S.A.

## RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA MÉDICA



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA MÉDICA

Montevideo, 23 de Mayo de 2024.-

NOTA N° 119/COMPRAS/DEM/24

SEÑOR JEFE DE LA DIVISIÓN ADQUISICIONES:

De acuerdo a la consulta realizada por la Empresa BIOERIX referente a la LA N° 260/24 "ADQUISICIONES DE VIDEO RINOLARINGOFIBROSCOPIO" se informa lo siguiente:

- 1) Se deben ajustar a las especificaciones técnicas solicitadas con respecto a la tecnología CMOS.
- 2) El equipo debe contar con un monitor y un procesador video.

Con respecto a la fuente de luz, para el Servicio, es indiferente si esta incluida en el procesador o viene como equipo aparte.

Asimismo con respecto a "documentación de imágenes" se refiere a que debe tener la capacidad de almacenar imágenes.

Saluda a Usted atentamente,

Cap.   
Gonzalo PAZ  
Dpto. de Electrónica Médica  
H.C.F.F.A.A.