



miércoles, 20 de noviembre de 2019.

**ACLARACIONES CON RESPECTO A LA  
COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA**

**Nº 10060809**

P: Las cabinas de flujo que cuentan con bioseguridad clase II, protección a la muestra y al usuario, son de flujo vertical, y en la descripción del equipo piden flujo horizontal.

Esto es correcto?

*R: Flujo vertical.*

P: A qué se refieren con tamaño chico, mediano y grande? Será utilizada por un usuario o dos al mismo tiempo? Aprovecho a comentarte que los modelos que ofreceremos son de 90, 120 , 150 y 180 cm de ancho de mesada para trabajo. Cuales serían mejor cotizarles?

*R: Por un usuario, agradezco cotizar todas las dimensiones.*

P: Sobre la calificación IQ/OQ, requieren los manuales y su ejecución?

*R: Calificación de instalación y de operación, que la cabina quede operativa en el lugar de trabajo.*

**Grupo de Compras M03.**