



Obras Sanitarias del Estado
Sistema Integrado de Gestión
de Laboratorios (SIGLA)

FORMULARIO DE REGISTRO de GESTIÓN

SOLICITUD DE COMPRA en LABORATORIO UUM

Nº SOLICITUD LUUM **19-2019**

Item	FECHA DE SOLICITUD	CANTIDAD	UNIDADES	TIPO					NÚMERO DE CÓDIGO interno LUUM	NÚMERO DE CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
				REPUESTO	EQUIPO	MATERIAL	PRODUCTO QUIMICO	SERVICIO					
1	26/08/2019	1	UNIDADES		x						◆Cabina de flujo laminar horizontal. ◆Material externo de acero inoxidable y/o revestimiento epoxy. ◆Zona de trabajo en acero inoxidable. ◆Facilidad de cambio de filtros. ◆Posibilidad de irradiación UV. ◆Cristal frontal con protección anti UV. ◆Filtros HEPA/ILPA: Eficiencia: > 99.99 % y Tamaño mínimo partículas < 0.3 micrones. ◆Excelente iluminación ◆Alimentación: 220 V,50-60 HZ. ◆Tamaño: Presentar tres alternativas: chico, medio y grande. ◆Nivel de Ruido: no debe superar los 65 dB. ◆Certificado de calidad individual. ◆Cumplimiento de normas internacionales de seguridad. ◆Respaldo técnico y disponibilidad de repuestos para un período no menor a 10 años. ◆Se valorará posibilidad de los siguientes puntos: →Prefiltros. →Inclinación frontal para mejorar alcance y comodidad de trabajo. →Ajuste velocidad ventilador. →Posibilidad de incorporación de Gas, Vacío con sus respectivas salidas. →Alarma óptico acústica frente a desviaciones de velocidades normales. →Sensores de presión independientes que detecten cambios en presión a través de las cámaras de aire de escape y de flujo. →Posibilidad de reducción de velocidad de ventilador cuando la ventana frontal está cerrada. →Posibilidad de retención de líquidos derramados. →Posibilidad de evitar fuga de aire. →Facilidad de mantenimiento y limpieza: diseño de ventana, diseño de cámara, acceso fácil a motor, filtros, etc. ◆Accesorios: →Mesa Soporte. →Lámpara U.V de 365-366 nm.		
2	26/08/2019	1	servicio					x		Transporte a Laboratorio Aguas Corrientes	Villa de Aguas Corriente, Canelones.		
3	26/08/2019	1	servicio					x		Instalación en sala de bacteriología Laboratorio Aguas Corrientes	Calificación de instalación.		
4	26/08/2019	1	servicio					x		Taller de capacitación sobre uso y recomendaciones para mantenimiento	En Aguas Corrientes		
5	26/08/2019	1	UNIDADES			x				Filtro HEPA	Repuesto del utilizado en cabina		

QF María José Deambrosis

26/08/2019

FG.CO.05.04

Versión Vigente
Nº01

POSIBLES PROVEEDORES	Tipo de Compra	OBSERVACIONES
	CDD	Se adjudicaran todos los ítems al mismo proveedor.

SOLICITUD DE COMPRA en LUUM	
F - 191	V1/ Marzo 2018